

Prot. DT2020SPK081

Torino, 20-01-2020

Spett.le
AEP Transducers s.r.l.
Via Bottego, 33/a
41126 COGNENTO (MO)

Att. p.i. Paolo LIOI

Oggetto: Esito valutazione del rischio

Egregio Responsabile,

Con la presente, dando seguito alla Circolare n°6/2019 – Disposizioni per l'uso di strumenti innovativi da parte di ACCREDIA per la Verifica della Conformità dei Soggetti Accreditati, si forniscono i dettagli sull'esito della valutazione del rischio effettuata sul Vostro Laboratorio di Taratura su base annuale.

Si ricorda che i parametri tenuti in considerazione sono stati fissati nel 2016 a conclusione della riflessione del gruppo di lavoro interno al Comitato di Indirizzo e Garanzia e sono i seguenti: numero di Non Conformità a carattere tecnico in fase di accreditamento o ultimo rinnovo, numero di Non Conformità a carattere gestionale in fase di accreditamento o ultimi rinnovo/sorveglianza, numero autosospensioni, numero di esiti negativi in esercizi di confronti di misura, numero di provvedimenti sanzionatori, numero di sorveglianze straordinarie e/o numero di reclami/segnalazioni fondati, numero di certificati emessi raggruppati per migliaia, riferibilità metrologica garantita mediante tarature interne per grandezze differenti da quelle accreditate e riferibilità metrologica garantita mediante utilizzo di fornitori rientranti nel caso 3b dell'ILAC P10. Viene inoltre tenuta in considerazione la complessità del Laboratorio in termini di numero di sedi.

La valutazione di tali parametri riferiti, all'attuale ciclo di accreditamento, ed aggiornati al 31-12-2019, ha consentito di classificare il Vostro Laboratorio di Taratura, per l'anno 2020, in classe di rischio: **basso**.

Cordiali saluti


Ing. Rosaiba Mugno
Direttore Dipartimento
Laboratori di Taratura